

تعیین هویت گونه‌های کاندیدا جدا شده از ۱۵۰ نمونه بیماران مبتلا به کاندیدیازیس با استفاده از محیط کشت Candida ID agar و محیط کشت Candida CHROM agar

عباسعلی جعفری ندوشن* Ph.D.، محمدحسین انوری* Ph.D.

مهین غفورزاده** M.S.

چکیده

هدف: از انجام این مطالعه ارزیابی و مقایسه دو محیط Candida ID agar و Candida CHROM agar برای تعیین گونه‌های کاندیدا جدا شده از نمونه‌های بالینی می‌باشد.
روش بررسی: تعداد ۱۵۰ نمونه بیماران مبتلا به کاندیدیازیس بر روی دو محیط مورد مطالعه کشت داده و همچنین مخمرهای جدا شده با استفاده از کیت Api به عنوان روش استاندارد تعیین گونه شدند تا کارایی این دو محیط با هم مقایسه شود. از آزمون ارزیابی تستهای آزمایشگاهی (حساسیت و ویژگی) برای مقایسه نتایج استفاده شد.

یافته‌ها: با استفاده از محیط کشت‌های جدید مانند Candida ID agar و Candida CHROM agar امکان تشخیص سریع غالب گونه‌های کاندیدا و خصوصاً کاندیدا آلبیکنس در ظرف ۲۴ ساعت پس از کشت نمونه فراهم شد.

نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر، محیط Candida ID agar حساسیت ۹۶/۴٪ داشت که خیلی بیشتر از محیط کشت Candida CHROM agar با حساسیت ۵۱٪ در تشخیص افتراقی مخمرها خصوصاً گونه کاندیدا آلبیکنس بود.

واژه‌های کلیدی: کاندیدا آلبیکنس، Candida ID agar، Candida CHROM agar، گونه‌های کاندیدا، محیط کشت

مقدمه

عامل بیماریزای عفونتهای بیمارستانی شناخته می‌شود. هرچند در گذشته تا سال ۱۹۸۰ گونه کاندیدا آلبیکنس به عنوان شایعترین گونه بیماریزا معرفی می‌شد ولی از دو دهه گذشته با شیوع روزافزون ایدز و همچنین شیوع بدخیمی‌ها و افزایش افراد ایمنوساپرس، روز به روز بر شیوع کاندیدیازیس سیستمیک و سپتی

تعیین هویت گونه‌های کاندیدا از ابتدا تا کنون همیشه از معضلات مهم آزمایشگاه قارچ‌شناسی پزشکی بوده است. امروزه بیماری کاندیدیازیس به عنوان یک مشکل مهم و به خصوص در بیماران بستری در بیمارستانها بوده است، به طوریکه به عنوان چهارمین

دریافت مقاله: ۸۵/۴/۲۸، اصلاح مقاله: ۸۵/۱۰/۲۱، پذیرش مقاله: ۸۵/۱۱/۳۰

*? استادیار گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد-ایران

** کارشناس آزمایشگاه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
آدرس پست الکترونیکی: Jafariabbas@yahoo.com

گونه‌های رنگزای کاندیدا خصوصاً گونه‌های C.guilliermondi, C. kefyr و C. tropicalis, C. lusitane که کلنی‌های رنگی ایجاد می‌کنند، بسیار مفید است (۵۶). هدف از انجام این مطالعه ارزیابی محیط کشت Candida ID agar برای تعیین هویت مستقیم گونه‌های کاندیدا جدا شده از نمونه‌های بالینی جدا شده از ضایعات کاندیدیازیس و مقایسه آن با محیط Candida CHROM agar بوده است.

روش بررسی

در این تحقیق مجموعاً ۱۵۰ نمونه بیماران شامل ۲۸ نمونه ریوی، ۷۵ سواب واژینال، ۲۱ نمونه ادرار و ۲۶ نمونه دیگر نظیر سواب‌های گرفته شده از چرک، ترشحات گوش و تراشه‌های ناخن و پوست بر روی سه محیط کشت Candida ID agar (BioMerieux, Marcy I, Etoile France) و CHROM agar (CHROM agar, Paris, France) و محیط روتین Sabouraud Dextrose Agar کشت داده شدند. تمامی کشت‌ها توسط یک کارشناس خبره و در شرایط مشابه انجام گردید. تمامی نمونه‌های غیرمایع در یک میلی لیتر سرم فیزیولوژی ۰/۸۵ درصد به صورت سوسپانسیون درآمده، سپس ۱۰ میکرولیتر از این سوسپانسیون بر روی محیط‌های Candida ID agar و CHROM agar و سابورو دکستروز آگار (Oxoid, UK) حاوی کلرامفنیکل (۵۰ mg/lit) کشت داده شد. در مورد نمونه‌های محلول، حجم مساوی از نمونه مستقیماً در سه محیط کشت داده شد و پس از نگهداری در انکوباتور ۳۵ درجه سانتیگراد، پس از ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. تمام مخمرهای جدا شده بر روی محیط کشت‌های رنگزا مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده از نظر مورفولوژی کلنی و رنگ و پیگمان تولید شده بررسی و تعیین هویت شدند. همچنین کلنی‌های هر محیط کشت با استفاده از کیت تجاری Api (Diagnostics Pasteur)، محیط کورن میل آگار و انجام تست لوله زایا بررسی و تعیین گونه شدند. کارایی هر دو محیط رنگزای Candida ID agar و Candid CHROM agar خصوصاً در تشخیص گونه‌های کاندیدا بررسی و با استفاده از آزمون ارزیابی تستهای آزمایشگاهی، میزان

سمی کاندیدایی خصوصاً با عوامل کاندیدا غیر آلبیکنس افزوده شده است (۱).

مهمترین چالش در مواجهه با بیماری کاندیدیازیس، ضایعات با عوامل اتیولوژیک گونه‌های کاندیدا به غیر از کاندیدا آلبیکنس (non-albicans Candida spp.) است که به علت مقاومت دارویی آنها به داروهای متداول ضد قارچی می‌باشد. به عنوان مثال گونه‌های C. glabrata و C. krusei مقاوم به فلوکونازول و گونه‌های C. tropicalis و C. lucitiana مقاوم به آمفوتریسین B می‌باشند. در زمانی که روز به روز بر میزان شیوع کاندیدیازیس مهاجم خطرناک و کشنده افزوده می‌شود، تعیین هویت سریع گونه‌های مخمری بیماریزا و تشخیص عوامل اتیولوژیک نمونه‌های با چندین عامل بیماریزای قارچی (Mix) الزامی است (۱،۲).

هرچند روشهای سنتی مانند جذب و تخمیر قندها برای تعیین گونه‌های مخمری از جمله کاندیدا قابل استفاده است، ولی این روش بسیار وقت‌گیر بوده و برای بیمار و پزشک مفید نیست زیرا حداقل به یک تا دو هفته زمان برای خواندن نتایج نیاز است. این روشها همچنین غیرحساس و پرزحمت است (۳). استفاده از روشهای جدیدتر مانند روشهای مولکولار شامل PCR-RFLP, Real time PCR, PCR و غیره هرچند روشهای با دقت و با حساسیت بالا و به روز می‌باشند ولی متأسفانه بسیار پرهزینه و اغلب در مراحل تحقیقاتی بوده و هنوز به صورت روتین آزمایشگاهی در نیامده است و به خصوص در کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما هنوز برای بیمار و پزشک معالج کاربرد آنچنانی ندارد. استفاده از محیط‌های رنگزا نتیجه بهتری در تشخیص گونه‌های مخمری خصوصاً در نمونه‌های مخلوط در مقایسه با محیط کشت‌ها و روشهای سنتی داشته است (۴). دو محیط کشت رنگزای تجاری جدید به نامهای Candida CHROM agar و Candida ID agar برای تشخیص افتراقی گونه‌های کاندیدا به بازار آمده‌اند که در کشور ما کمتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و یا اطلاعات زیادی در مورد آنها وجود ندارد. محیط کشت Candida ID agar یک محیط افتراقی جدیدی است که برای تشخیص سریع و مستقیم کاندیدا آلبیکنس، سایر

حساسیت (موارد مثبت حقیقی تقسیم بر جمع مثبتهای حقیقی و منفی کاذب ضرب در ۱۰۰) و همچنین میزان اختصاصی بودن (منفیهای حقیقی تقسیم بر جمع منفی حقیقی و مثبت کاذب ضرب در ۱۰۰) محاسبه شدند. کلیه آزمایشات با استفاده از روشهای استاندارد تحقیقاتی کتب مرجع قارچشناسی پزشکی (۳، ۱۳) انجام شده و با توجه به اینکه در کنار آزمایشات روتین، از آزمایشگاه تشخیص طبی نمونه‌ای هم با نظر موافق بیمار استفاده شد، انجام این تحقیق هماهنگ با معیارهای اخلاق پزشکی بوده است.

حساسیت ۹۴/۹٪ برای محیط Candida ID و ۹۲٪ برای CHROM agar از نظر کارایی برای جداسازی مخمرها از نمونه‌های بالینی به دست آمد. در مجموع از تعداد کل نمونه‌های دارای کشت مثبت، تعداد ۱۰۱ کشت تنها یک گونه ۱۴ کشت دو گونه و ۳ کشت ۳ گونه مخمری جدا شدند.

از مجموع ۱۵۰ نمونه بالینی کشت داده شده، تعداد ۱۱۸ نمونه دارای کشت مثبت بودند که تعداد یک تا چند گونه مخمری از آنها جدا شد. مجموعاً ۱۰۶ نمونه بر روی هر سه محیط مورد استفاده

یافته‌ها

جدول ۱. وضعیت رنگ تولید شده توسط کلنی قارچهای جدا شده در دو محیط مورد مطالعه.

تعداد کلنی‌های جدا شده پس از ۴۸ ساعت/تعداد کلنی‌های جدا شده پس از ۲۴ ساعت										
Candida CHROM agar					Candida ID agar					
بدون رشد	سفید	بنفش	صورتی	سبز	بدون رشد	سفید	صورتی	آبی	تعداد	سوشهای مخمری جدا شده
۲۵/۱۴	۲۲/۱۸	۰/۰	۰/۰	۳۲/۴۷	۱۵/۱۷	۵/۱	۰/۰	۵۹/۶۱	۷۹	کاندیدا آلبیکنس
۴/۲	۸/۹	۰/۰	۰/۱	۰/۰	۴/۳	۴/۶	۴/۳	۰	۱۲	کاندیدا پارسیلوزیس
۳/۱	۲/۱	۰/۰	۴/۷	۰/۰	۲/۱	۵/۷	۲/۱	۰/۰	۹	تورولوپسیس گلابراتا
۲/۱	۲/۳	۰/۰	۱/۲	۰/۰	۳/۲	۳/۴	۰/۰	۰/۰	۶	کاندیدا کروزه ای
۱/۱	۲/۲	۰/۰	۱/۱	۰/۰	۰/۰	۱/۲	۲/۱	۰/۰	۳	کاندیدا تروپیکالیس
۰/۰	۱/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۱	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۱/۱	۱	کاندیدا دابلینسیس
۰/۰	۰/۰	۰/۰	۴/۴	۰/۰	۱/۱	۳/۳	۰/۰	۰/۰	۴	کاندیدا کفیر
۰/۰	۳/۰	۰/۰	۰/۳	۰/۰	۱/۱	۲/۲	۰/۰	۰/۰	۳	ساکارومیسیس سروسیسه
۱/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۱	۰/۰	۰/۱	۰/۰	۱/۰	۰/۰	۱	ردوترولا

توزیع فراوانی رنگ کلنی‌ها بر روی محیط Candida CHROM agar و Candida ID agar پس از ۲۴ و ۴۸ ساعت در جدول ۱ نشان داده شده است. پس از ۷۲ ساعت تنها تغییرات بسیار ناچیزی بر روی رنگ کلنی‌های مخمری جدا شده بر روی محیط Candida CHROM agar و Candida ID agar مشاهده شد. حساسیت و ویژگی هر دو محیط کشت Candida CHROM agar و Candida ID agar برای کاندیدا آلبیکنس خیلی بالا و به خصوص ویژگی حدود ۱۰۰٪ بود.

توزیع فراوانی رنگ کلنی‌ها بر روی محیط Candida CHROM agar و Candida ID agar پس از ۲۴ و ۴۸ ساعت در جدول ۱ نشان داده شده است. پس از ۷۲ ساعت تنها تغییرات بسیار ناچیزی بر روی رنگ کلنی‌های مخمری جدا

جدول ۲. توزیع نمونه‌های دارای بیش از یک مخمر بر روی محیط‌های مورد مطالعه.

تعداد کشتهای مخلوط جدا شده از محیط‌های مختلف			
فقط Candida ID	فقط CHROM	سابورو	گونه‌های جدا شده از کشتهای مخلوط (تعداد کشتهای مخلوط)
۲	۰	۲	کاندیدا آلیکنس و کاندیدا گلابراتا (۴)
۱	۰	۲	کاندیدا آلیکنس و کاندیدا تروپیکالیس (۳)
۱	۰	۱	کاندیدا آلیکنس و کاندیدا پاراپسیلوزیس (۲)
۰	۱	۱	کاندیدا کروزه ای و کاندیدا کفیر (۲)
۲	۰	۰	کاندیدا پاراپسیلوزیس و کاندیدا گلابراتا (۲)
۰	۰	۱	کاندیدا کفیر و ساکارو میسس (۱)
۰	۱	۰	کاندیدا آلیکنس و کاندیدا ردوتولا و کاندیدا کفیر (۱)
۰	۱	۱	کاندیدا آلیکنس و کاندیدا کروزه ای و کاندیدا پاراپسیلوزیس (۲)

رنگ تولید شده توسط هر گونه وجود دارد. یکی از مهمترین مشکلات محیط کشتهای افتراقی برای گونه‌های مخمری کاندیدا، تشخیص افتراقی بین *C. albicans* و *C. dubliniensis* می‌باشد (۶،۷). برخلاف مطالعه Freydiae و همکاران (۶،۷) و همچنین مطالعه Fricker-Hidalogo (۸) تنها مورد ایزوله‌های *C. dubliniensis* دارای کلنی با رنگ آبی متمایل به سبز تیره بر روی هر دو محیط کروموزنیک و قابل تشخیص از *C. albicans* بودند. با این حال قابل ذکر است که خصوصیت تیرگی رنگ کلنی *C. dubliniensis* در محیط کشت Candida ID پس از ۴۸ ساعت مشخص گردید ولی در محیط Candida CHROM agar پس از ۷۲ ساعت که در نتیجه به نظر می‌رسد هر دوی این محیط‌ها برای تشخیص افتراقی این قارچ از کاندیدا آلیکنس در عرض ۲۴ ساعت احتمالاً مناسب نباشند ولی Candida ID agar قادر است پس از ۴۸ ساعت این قارچ را تشخیص دهد که یک روز زودتر از Candida CHROM agar است. مطالعات دیگر هم محیط Candida ID agar را مناسبتر از محیط دیگر گزارش کرده‌اند (۹،۱۰). Pfaller و همکاران در مطالعه‌ای Candida CHROM agar را برای تشخیص گونه‌های کاندیدا به کار بردند که با این محیط تنها توانستند گونه‌های *C. krusei*، *C. tropicalis*، *C. glabrata*، *C. albicans*،

پس از ۲۴ ساعت حساسیت Candida ID agar ۹۶/۴٪، در حالی که برای CHROM agar به میزان ۵۱٪ محاسبه شد. پس از ۴۸ ساعت نگهداری کشتهای این مقادیر به ترتیب ۹۷/۳ و ۹۴٪ و در نهایت پس از ۷۲ ساعت حساسیت هر دو محیط رنگزا به حدود ۹۹٪ رسید. به خصوص تشخیص کاندیدا آلیکنس بر روی محیط Candida ID agar پس از ۲۴ ساعت نگهداری آسانتر از CHROM agar بود که در حقیقت به علت مشاهده سریعتر رنگ آبی ایجاد شده بر روی محیط Candida ID agar پس از ۲۴ ساعت در مقایسه با ظهور رنگ سبز این گونه بر روی محیط CHROM agar بود. در مجموع از کل کشتهای مثبت، تعداد ۱۰۱ کشت دارای یک گونه و ۱۴ کشت دارای ۲ مخمر و ۳ کشت واجد ۳ گونه مخمری بودند (جدول ۲).

بحث

امروزه به دلیل شیوع بیماری کاندیدیازیس و مقاومت دارویی بعضی از گونه‌های کاندیدا، تعیین گونه عوامل بیماری‌زای جدا شده از ضایعات ضروری به نظر می‌رسد. در محیط کشتهای روتین مانند سابورو، امکان تعیین گونه کاندیدا وجود نداشته نیاز به تستهای بیوشیمیایی تکمیلی وقت‌گیر و یا در بعضی موارد پرهزینه می‌باشد. در محیط‌های رنگزا مستقیماً امکان تعیین گونه به کمک

قادر به تشخیص تمامی نمونه‌های مخلوط را نداشت. با توجه به اهمیت تشخیص گونه‌های بیماریزا و سادگی و سرعت عمل استفاده از محیط کشت Candida ID agar، استفاده از این محیط برای این منظور توصیه می‌شود.

References

1. Yun-Liang Y, Shu-Ying L, Hsiao-Hsu C, Hsiu-Jung L. The trend of susceptibilities to amphotericin B and fluconazole of *Candida* species from 1999 to 2002 in Taiwan. *BMC Infectious Diseases* 2005; 5: 99.
2. Sandven P, Lassen G. Importance of Selective Media for Recovery of Yeasts from Clinical Specimens. *J of Clin Microbiol* 1999; 37(11): 3731-3733.
3. Ajello L, Hay RJ. *Medical mycology*. Ninth edition, Arnold Publication. *Uncellular Ascomycetous. Candida species* 1999; 423-450.
4. Lynn LH, Duane RH, Clinton KM, David P. Direct Isolation of *Candida* spp. from Blood Cultures on the Chromogenic Medium CHROMagar *Candida*. *J Clin Microbio* 2003; 41(6): 2629-2632.
5. Bernal S, Mazuelos EM, Garcia M, Aller AI, Martinez MA. Evaluation of CHROMagar *Candida* medium for the isolation and presumptive identification of species of *Candida* of clinical importance. *Diagn Microbiol Infect Dis* 1993; 24: 201-204.
6. Freydie`re AM, Parant F, Chaux C, Gille Y. *Candida* ID, a new chromogenic medium compared to *Albicans ID2*. *Clin Microbiol Infect* 2000; 6(Suppl.1): 181.
7. Freydie`re AM, Guinet R, Boiron P. Yeast

تشخیص دهند ولی سایر گونه‌ها با این محیط غیر قابل تشخیص گزارش شدند (۱۱).

Lechster و همکاران نیز محیط کشتهای *Candida* ID و *Candiselect medium* را مقایسه و گزارش نمودند که محیط *Candida* ID مفیدتر و دارای حساسیت ۹۷/۷٪ است که با مطالعه حاضر هماهنگی دارد. آنها هم در مطالعه خود با این محیط توانستند گونه‌های *C. tropicalis*, *C. guilliermondi*, *C. lucitiana*, *C. kefyri* را تشخیص دهند (۱۲). در مطالعه حاضر نه تنها گونه‌هایی که بنا به اظهار نظر کارخانه سازنده محیط کشت *Candida* ID قابل تشخیص هستند (*C. guilliermonyi*, *C. tropicalis*, *C. lusitane* و *C. kefyri*), بلکه گونه‌های *Rhodotorula* و *C. parapsilosis*, *C. glabrata* این محیط قابل تشخیص بودند. جدول ۲ نشان می‌دهد که هر دو محیط کشت *Candida* CHROM agar و *Candida* ID agar توانایی تشخیص مخلوطی از مخمرها در ۱۸ نمونه (۷۹/۱٪ موارد) را داشتند در حالی که محیط سابورو دکستروز آگار تنها در ۶ مورد (۳۳٪ موارد) این توانایی را نشان داد. در این مطالعه از کشت ۶۹ نمونه دارای چندین عامل قارچی، ۴ مورد تنها بر روی محیط *Candida* ID agar و ۲ مورد بر روی محیط *CHROM agar* تشخیص داده شدند. به نظر می‌رسد که این اشکال در تشخیص این نمونه‌ها در دو محیط می‌تواند به علت کم بودن حجم نمونه و میزان تلقیح به محیط کشت باشد. چون تنها تعداد کمی کلنی در این کشت‌ها جدا شده بودند که تنها در یک مورد ترکیب *C. krusi* و ساکارومیسیس در محیط *Candida* ID agar غیر قابل تشخیص بود که به علت رنگ سفید تولید شده توسط هر دو مخمر بود.

نتیجه گیری. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که *Candida* ID agar به میزان کافی حساس است و تقریباً بیشتر مخمرهای مهم قادر به رشد بر روی این محیط هستند. در بیش از ۶۶٪ موارد تشخیص افتراقی کاندیدا آلبیکنس از سایر مخمرها در محیط *Candida* ID agar سریعتر از *Candida* CHROM agar بود. به عبارت دیگر، *CHROM agar* به خوبی *Candida* ID agar

identification in the clinical microbiology laboratory phenotypical methods. *Med Mycol* 2001; 39: 9–33.

8. Fricker-Hidalgo H, Orega S, Lebeau B, Pelloux H, Brenier-Pinchart MP. Evaluation of Candida ID, a new chromogenic medium for fungal isolation and preliminary identification of some yeast species. *J Clin Microbiol* 2005; 39: 1647–1649.

9. Willinger, B, and M. Manafi. Evaluation of CHROMagar Candida for rapid screening of clinical specimens for Candida species. *Mycoses* 1999; 42: 61–65.

10. Tintelnot K, Haase G, Seibold M, Bergmann F, Staemmler M, Franz T et al. Evaluation of phenotypic markers for selection and identification of *Candida dubliniensis*. *J Clin Microbiol* 2000; 38:

1599–1608.

11. Pfaller M, Houston AA, Coffmann S. Application of CHROMagar Candida for rapid screening of clinical specimens for *Candida albicans*, *Candida tropicalis*, *Candida krusei*, and *Candida (Torulopsis) glabrata*. *J Clin Microbiol* 1996; 34: 58–61.

12. Letscher-Bru V, Meyer MH, Galois AC, Waller J, Candolfi E. Prospective Evaluation of the New Chromogenic Medium Candida ID, in comparison with Candiselect, for Isolation of Molds and Isolation and Presumptive Identification of Yeast Species. *J of Clin Microbiol Rev* Apr 2002; 40(4): 1508–1510.

۱۳. شادزی ش. قارچ‌شناسی پزشکی و تشخیص آزمایشگاهی بیماری‌های

قارچی؛ ۱۳۸۴: جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان