

مجله دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

سال ۶۲، شماره ۶، صفحات ۵۱۸ تا ۵۲۵ (۱۳۸۳)

خطرات و نارسائی‌های موجود در آزمایشگاه‌های دانشگاهی

دکتر جواد عدل (استادیار)

گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه: در این پژوهه سعی گردید که خطرات و نارسائی‌های موجود در ۴۵ آزمایشگاه موجود در یکی از دانشکده‌ها مورد شناسائی قرار گرفته و جهت اصلاح و بهبود وضع آزمایشگاه‌ها در اختیار دست‌اندکاران قرار داده شود. برای پی بردن به خطرات و نارسائی‌های موجود در آزمایشگاه‌های دانشگاهی که بدلیل تنوع زیاد کاری و تعداد زیاد دانشجویان استفاده کننده و داشتن مستولین علمی دانشگاهی و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته جزو محیط‌های کاری مهم و حساس هستند، از روش ممیزی اینمی استفاده گردید.

مواد و روش‌ها: تعداد ۴۵ آزمایشگاه موجود در یکی از دانشکده‌ها بعنوان نمونه برای مطالعه در نظر گرفته شد برای اجرای ممیزی اینمی چک لیست‌های منتشر شده در زمینه آزمایشگاه‌ها از طرف ۲۰ سازمان ملی و بین‌المللی مختلف تهیه و سپس ۴۵ آزمایشگاه مورد نظر بطور دقیق مورد باز دید و ثبت وضعیت قرار گرفت. علاوه بر ابعاد و محل استقرار آزمایشگاه‌ها تعداد درها، پنجره‌ها، محل قرار گیری میزها، تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی، وضعیت سیستم برق، گاز، آب رسانی، فاضلاب، وسائل اینمی نظیر دوشاهی اضطراری، کپسولهای اطفاء حریق دستی، درهای خروج اضطراری و تعداد افرادیکه بصورت دائم و موقت از آزمایشگاهها استفاده می‌کنند دقیقاً ثبت گردید. ضمن مقایسه چک لیست‌های جمع آوری شده با وضعیت آزمایشگاهها چک لیست خاص آزمایشگاه‌های مورد مطالعه در ۹ قسمت و ۲۸۵ سوال طراحی شد. چک لیست‌های تکمیل شده در آزمایشگاه‌های ۴۵ گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و خطرات و نارسائی‌های موجود بصورت کلی مشخص گردید.

یافته‌ها & نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: نتیجه بررسی جمعاً ۵۵ مورد بود که اولویت بین آنها بدلیل عدم امکان محاسبه ریسک میسر نشد. ولی بصورت نظری اولویت اول به نارسائی‌های موجود در سیستم مدیریتی و برنامه‌های آموزشی داده شد که عدم وجود سیستم تهییه اختصاصی برای آزمایشگاهها و عدم تدوین روش مناسب جهت دفع شیشه‌ها و زائدات به تیز و عدم تهیه دستورالعمل‌های اینمی و روش‌های کاری اینمی از جمله آنها است.



آزمایشگاه‌های سم شناسی پزشکی با فرآیند مورد کاربرد در آزمایشگاه‌های متالوگرافی متفاوت است. همین طور بین آنچه که در آزمایشگاه‌های آلدگی هوا صورت می‌گیرد با آزمایشگاه‌های فیزیک که در آنها آزمایش‌های تخریبی یا غیر تخریبی مورد استفاده است تفاوت وجود دارد.

بنابراین می‌توان گفت که آزمایشگاه با توجه به تنوع کاری و اینکه نیروهای کاری متخصص در رشته‌های مختلف در آزمایشگاهها مشغول کار هستند، یک محیط کار بسیار حساس و با اهمیت بوده و نیاز به توجه و دقت فراوان داشته و قابل مقایسه با بسیاری از محیط‌های کاری نظیر سالن فلزکاری و مونتاژ قطعات فلزی و ... نمی‌باشد (۱).

آزمایشگاه‌های موجود در دانشگاهها به دلایل زیر از اهمیت مضاعفی برخوردارند:

۱- آموزش گیرندگان دانشجویانی هستند که برای اولین مرتبه کار با مواد و تجهیزات آزمایشگاهی را تجربه می‌کنند و نیاز به توجه و کنترل خاصی دارند.

۲- مراجعه کنندگان به این آزمایشگاهها از نظر تعداد در مقایسه با آزمایشگاه‌های دیگر بسیار زیاد و متنوع می‌باشد.

۳- در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دانشگاهی تحقیقات در مقاطع دکتری و حتی کارشناسی ارشد نیاز به آزمایشاتی دارند که بعضاً برای اولین بار تجربه می‌شوند و افراد درگیر هم به حال دانشجو بوده و دارای تجربه چندان زیادی نمی‌باشند. براین اساس در این پروژه سعی گردید که خطرات و نارسانی‌های موجود در ۴۵ آزمایشگاه موجود در یکی از دانشکده‌ها مورد شناسانی قرار گرفته و جهت اصلاح و بهبود وضع آزمایشگاهها در اختیار دستاندکاران قرار داده شود.

مقدمه

آزمایشگاه معمولاً به محیط کاری اطلاق می‌شود که در آنجا عملیات مختلفی چون آزمایش‌های تحریبی، اندازه گیریهای گوناگون، تعیین مقدار و کنترل کیفیت، مقایسه دقیق روشهای آزمون، تجزیه و تحلیل و شناسایی مواد و ناخالصی‌ها و ... انجام می‌شود. البته انجام عملیات مزبور همواره یک هدف معین را دنبال نمی‌کند بلکه اهدافی چون آموزش، ساخت و کنترل محصول، کنترل کیفیت، اجرای استانداردهای ملی، تجزیه و تحلیل مواد و ترکیبات و ارائه خدمات مختلفی چون خدمات بهداشتی، صنعتی، تحقیقاتی و ... در پی دارند (۱). دانشگاهها که بعنوان بزرگترین مرکز آموزشی و مبدأ، پیدایش تحولات علمی و تحقق تئوریها به اصول علمی شناخته می‌شوند اکثر آزمایشگاه‌های آموزشی و تحقیقاتی دارند. آزمایشگاه‌های موجود در صنایع عموماً به کنترل کیفیت و اجرای استانداردهای ملی مربوطه پرداخته و در موسسات تحقیقاتی بخش خصوصی یا دولتی نظیر مراکز تحقیقاتی ساختمان، پلیمر، بهداشت، کشاورزی، نیرو و ... اهدافی خاص دنبال می‌شود و در آزمایشگاه‌های طبی خدمات پزشکی و بهداشتی به آحاد جامعه ارائه می‌گردد (۲).

بهمین دلیل آزمایشگاهها بطور کلی به چند گروه از جمله آزمایشگاه‌های آموزشی، تحقیقاتی، کنترل کیفی و تجزیه مواد و ... دسته‌بندی می‌شوند که به تناسب نوع از متخصصین، فرآیندها و تجهیزات مختلف استفاده کرده و آزمایشات خاصی را دنبال می‌کنند. آزمایشگاهها با توجه به موضوع کاری نیز به دستگاهی از قبیل آزمایشگاه‌های فیزیک، شیمی، زیست شناسی، بهداشت حرفه‌ای، پزشکی، سم شناسی و تغذیه و ... طبقه‌بندی می‌شوند که عملیات انجام شده در یکی از آنها می‌تواند با عملیات انجام شده در آزمایشگاه دیگر کاملاً متفاوت باشد. بطور مثال آنچه که در آزمایشگاه‌های شیمی و توسط متخصص علم شیمی انجام می‌گیرد در بسیاری از موارد از عملیات انجام شده در آزمایشگاه‌های موجود در بیمارستانها و مراکز درمانی (از قبیل آزمایشگاه‌های بیولوژیک، پاتولوژیک) متمایز می‌باشد. و یا فعالیتهای انجام گرفته در

مواد و روش‌ها

برای بررسی وضعیت آزمایشگاهها و پی بردن به مشکلات آنها از روش ممیزی اینمنی ((Safety Audit)) استفاده گردید. این روش که یکی از روشهای شناسایی خطرات بحساب می‌آید در واقع کامل شده روش بازرسی از یک محیط کار است (۳). در بازرسی محیط کار که توسط یک فرد آگاه و

قسمت مجزا از هم بود دارای ۲۸۵ سؤال و در ۱۷ صفحه تنظیم گردید. جدول شماره ۱ اسمی قسمتهای ۹ گانه چک لیست و جدول شماره ۲ نمونه‌های مختلفی از سوالهای موجود در چک لیست را نشان می‌دهد.

مرحله بعدی کار تکمیل چک لیست در تک‌تک آزمایشگاه‌های مورد مطالعه بود که بدین منظور ۴۵ نسخه از چک لیست تهیه و هر یک در یکی از آزمایشگاهها تکمیل گردید. از نظر نحوه بدست آوردن جواب سوالهای موجود در چک لیست کلیه سوالات در سه گروه بشرح زیر تقسیم‌بندی شدند:

۱- آنسته از سوالهایی که جواب آنها با مشاهده عینی در آزمایشگاه بدست می‌آمد مانند سوالی که می‌پرسد آیا در آزمایشگاه هودی وجود دارد یا خیر، یا سوالی که می‌پرسد آیا فن هود موجود کار می‌کند یا خیر

۲- آنسته از سوالهایی که جواب آنها از طریق مطرح ساختن سؤال در مقابل مسئولین آزمایشگاه بدست می‌آمد، مانند سوالی که پرسد آیا آمار حوادث اتفاق افتاده در سالهای گذشته وجود دارد یا خیر؟ یا اینکه آیا مستندات مربوط به آموزش‌های فنی و اینمنی کارکنان آزمایشگاه وجود دارد یا خیر؟

۳- آنسته از سوالهایی که جواب آنها از طریق اندازه گیری مشخص می‌شدند، مانند سوالی که می‌پرسد آیا چند نوع آلاینده شیمیایی در هوای آزمایشگاه می‌تواند وجود داشته باشد و درصورت مشخص شدن نوع مقدار آنها در هوای تنفسی آزمایشگاه چقدر است؟

ناگفته نماند که تعداد اندکی از سوالها نیز بدلیل عدم امکان پیدا کردن جواب در این بررسی مورد استفاده قرار نگرفته و بصورت بی جواب ماندند. مانند سوالی که می‌پرسد آیا در محل بالای سقف کاذب آزمایشگاه مواد اضافی نظیر کابل‌های برق، چوب و غیره بصورت عمده یا غیر عمده گذشته شده است؟ یا اینکه آیا مقدار بار الکتریکی مورد استفاده در کابل‌های زیر دیوار آزمایشگاه در حد توان کشش آنها می‌باشد یا خیر؟ طبیعی است که این سوالها نیز باید در اصل جواب داده می‌شدند تا فهرست خطرات و مشکلات فنی موجود در

ماهر انجام می‌شود احتمال فراموش شدن بعضی موارد بسیار زیاد است و لذا برای رفع این عیب سوالهایی را در مورد محیط کار قبل از انجام بازرگانی تهیه کرده که اصطلاحاً چک لیست نامیده می‌شود و همزمان چک لیست‌های تهیه شده را نهایی و ثابت فرض نکرده و امکان تغییر و اضافه کردن به سوالها را در حین بازدید در نظر می‌گیرند.

برای اجرای معیزی اینمی بیش از ۲۰ نمونه از چک لیست‌های مختلف که برای آزمایشگاه تهیه شده و توسط سازمانها و ارگانهای مهم و متفاوت کشورهای مختلف منتشر شده‌اند جمع آوری گردید. سازمانهایی چون NIOSH (انستیتو ملی اینمنی و بهداشت شغلی-آمریکا)، ILO (سازمان بین‌المللی کار) و HSE (سازمان مدیران اینمنی و بهداشت - انگلستان) از جمله ارائه دهنگان چک لیست‌های مخصوص آزمایشگاه می‌باشند.

با در نظر گرفتن چک لیست‌های بین‌المللی جمع آوری شده به بازدید و ثبت وضعیت آزمایشگاه‌های چهل و پنجگانه مورد نظر پرداخته شد. در این بازدید علاوه بر دیدن ابعاد آزمایشگاهها و تعداد و اندازه درب‌ها و پنجره‌های آنها کل میزها و وسایل و مواد موجود و محل قرارگیری آنها در آزمایشگاه بصورت یک نقشه شماتیک تهیه گردید. از جمله محل قرارگیری هودها، آون‌ها، دستگاه‌های آزمایشگاهی دیگر نظیر کروماتوگراف‌ها، سوکسله‌ها و ... دقیقاً مشخص گردید. همچنین موارد دیگری چون محل قرارگیری پریزهای برق، دستشویی‌های مخصوص شستن ظروف آزمایشگاهی، فاضلابهای آنها، دوش‌های اضطراری، درهای خروج اضطراری (Exit)، کپسول‌های اطفاء حریق، محل قرارگیری میزهای که مخصوص کارشناسان آزمایشگاه است، تعداد کل افرادی که بطور دائم در آزمایشگاه کار می‌کنند همراه تعداد تقریبی ردي که بصورت موقت (در ساعات آموزشی) در بعضی موارد به آزمایشگاه مراجعه می‌کنند، جعبه‌های کمک‌های اولیه و محل نگاهداری مواد شیمیائی (قفشهای و کمدها) و ... مورد باز دید و ثبت قرار گرفتند. با توجه به آنچه که در آزمایشگاهها بودند و مقایسه با آنچه که در چک لیست‌های بین‌المللی مطرح شده بود چک لیست‌های خاص آزمایشگاه‌های مورد مطالعه طراحی و تهیه گردید. چک لیست کلی تهیه شده که در ۹

جدول شماره ۱- اسامی قسمتهای ۹ گانه چک لیست تهیه شده برای
پایش وضعیت اینی آزمایشگاه‌های دانشگاهی

| ردیف | عنوان قسمت | تعداد | سوالها |
|--------|-----------------------|-------|--------|
| ۱ | کلیات | ۵۸ | |
| ۲ | مواد شیمیایی | ۶۵ | |
| ۳ | تجهیزات حالات اضطراری | ۴۱ | |
| ۴ | سیستم‌های دارای هواکش | ۲۵ | |
| ۵ | وسایل حفاظت فردی | ۲۲ | |
| ۶ | ایمنی برق | ۱۹ | |
| ۷ | ایمنی حریق | ۱۷ | |
| ۸ | حالات اضطراری | ۱۷ | |
| ۹ | مواد زائد | ۱۰ | |
| جمع کل | | | ۲۸۵ |

نشانده‌نده نقص و مشکل بود. مانند سوال آیا در سقف و دیوارهای آزمایشگاه هیچگونه سوراخ نفوذی وجود دارد که از طریق آن گازی داخل یا خارج شود؟ جواب بلی نشانده‌نده خطر موجود به هنگام نشت گازهای سمی در یک آزمایشگاه و امکان خروج آن و رفتن به محیط‌های کاری دیگر یا آزمایشگاه‌های مجاور می‌باشد. در حالیکه جواب خیر هیچگونه مشکلی را مطرح نمی‌سازد.

بدین ترتیب تک تک سوالها با جوابهایشان مورد توجه قرار گرفته و آنسته از سوالهایی که وجود خطر و نارسائی را چه با جواب بلی و چه با جواب خیر نشان می‌دادند جدا گردید و این کار در مورد همه آزمایشگاه‌ها اجرا شد. سوالهای استخراج شده از چک لیستهای تکمیل شده برای آزمایشگاه‌های مختلف با یکدیگر مقایسه شده و پس از یکی کردن سوالهای مشابه خطرات و نارسایی‌های موجود در کل آزمایشگاه‌ها فهرست وار مشخص گردید. عنوان مثال سوالهای:

- آیا هودها مجهز به نشانده‌نده مقدار جریان هوا هستند؟

- آیا کف هودها مجهز به چاله یا محل جمع آوری موادیکه بصورت اتفاقی ریخته می‌شوند می‌باشند؟

- آیا هودها بالبهای مناسب برای ورود هوا (Air foil Edges) مجهز شده اند (۴)؟

آزمایشگاه‌ها کامل می‌گردید که البته در جریان این بررسی میسر نشد.

یافته‌ها

نتایج بدست آمده جوابهایی هستند که در چک لیستهای تکمیل شده وجود دارد. سوالهای چک لیست بترتیبی طراحی شده بود که جوابها بصورت بلی یا خیر داده می‌شد. البته تعدادی از سوالها در بعضی از آزمایشگاه‌ها صادق نبودند مثلاً در آزمایشگاه‌هایی که هود وجود نداشت کلیه سوالهای مربوط به هود قابل جواب دادن نبود بهمین منظور در کنار ستون جوابهای بلی یا خیر ستون سومی تحت عنوان صادق نیست در نظر گرفته شده بود. در شفاف سازی جوابهای داده شده به سوالهای چک لیست نکته دیگری هم وجود داشت و آن سوالهایی بودند که دارای چند قسمت تحت عناوین الف و ب و ج و ... بوده و در حقیقت چند سوال در یکجا مطرح شده بود. مانند سوال آیا لوازم حفاظت فردی زیر در اختیار پرسنل گذاشته شده است؟

الف - کفش ایمنی

ب - لباس کار

ج - دستکش ایمنی

د - عینک حفاظتی

ه - ماسک تنفسی از نوع SCBA

و - شیلد حفاظتی صورت

این نوع سوالها بصورت مجرماً و در چند قسمت مورد توجه قرار گرفته و لذا جواب خیر قسمت مثلاً الف نمی‌توانست در جوابهای بلی یا مثبت قسمتهای دیگر تاثیر داشته باشد. یعنی اگر کارکنان کفش ایمنی نداشته‌اند بصورت مستقل مطرح شده و داشتن لباس کار جزو نواقص مطرح نمی‌شد. نکته بسیار مهم در مورد جوابها اینکه امکان طراحی سوالها بنحوی که جوابهای خیر یا منفی همه نشانده‌نده‌های نارسائی موجود باشد نبود و در بعضی موارد جواب بلی

ریسک تبدیل شدن خطرات به حادثه محاسبه گردد که در آزمایشگاههای مورد مطالعه به دلیل عدم وجود سیستم ثبت و نگهداری (Record Keeping) و نتیجتاً عدم امکان تعیین ضریب تکرار تبدیل شدن خطرات به حادثه یا اتفاق و تعیین شدت و پی آمد آن حادثه یا اتفاق امکان محاسبه ریسک وجود نداشت. ناگفته نماند که اگر امکان محاسبه ریسک هم وجود داشت باز باید سیاستها و خط مشی مدیریتی آزمایشگاهها نیز معلوم بود تا با در نظر گرفتن آن و مقادیر ریسکهای محاسبه شده اولویت بین خطرات و نارسانی های شناسانی شده تعیین گردد. بدون وجود این امکانات تنها میتوان بطور نظری در مورد اولویت خطرات و نارسانی های شناسانی شده اظهار نظری بشرح زیر نمود:

و امثالهم وقتی جوابی داشتند که نشاندهنده نارسانی است آن نارسانی ها بصورت کلی و تحت عنوان عدم وجود هودهای مناسب در آزمایشگاهها استخراج و مطرح گردید.

کل خطرات و نارسانی هائی که بترتیب فوق مشخص گردید ۵۵ مورد بود که در جدول شماره ۳ آرائه شده است. البته بسیاری از نارسانی ها هم بدليل کوچک و جزیی بودن و بمنظور خلاصه کردن فهرست خطرات و نارسانی ها حذف شده و در جدول شماره ۳ مطرح نشده است.

در فهرست مزبور خطرات و نارسانی ها بترتیب سوالهای چک لیست آمده است و ترتیب آنها در جدول شماره ۳ نشاندهنده اولویت آنها نسبت بیکدیگر نمی باشد. برای تعیین اولویت اصولاً باید ریسک مربوط به عدم رفع نارسانی ها یا

جدول شماره ۲ - نمونه ای از چک لیست های تکمیل شده

طرح پایش وضعیت این آزمایشگاه های دانشگاه

آزمایشگاه:

واقع در ساختمان: درب شماره: طبقه: تاریخ:

جواب دهنده سوال ها: مستولیت: تکمیل کننده:

| ردیف | سوال های قسمت: اینچه حریق | صادق نیست | معلوم نیست | خیر | بلی |
|------|---|-----------|------------|-----|-----|
| ۱ | آیا برای اطفاء حریق های احتمالی پیش بینی های لازم بعمل آمده است؟ (وجود انواع سیستم های اطفاء) | | | x | |
| ۲ | چنانچه پاسخ مثبت است آیا سیستم های مختلف اعلام نیز وجود دارد؟ | x | | | |
| ۳ | آیا این سیستم های اعلام و اطفاء بطور مرتب و در فواصل زمانی از قبل تعیین شده چک و بازرسی می شوند؟ | | | x | |
| ۴ | اگر شرکتی کپسول های اطفاء حریق را برای پر کردن و تست از دانشکده بیرون می برد آیا در این زمان فکری برای اطفاء حریق احتمالی شده است؟ | | | x | |
| ۵ | آیا برنامه اضطراری حریق در آزمایشگاه نوشته شده است؟ | | | x | |
| ۶ | چنانچه پاسخ مثبت است آیا این برنامه در فواصل زمانی معین از قبل تعیین شده مورد آزمایش و تست قرار می گیرد؟ | x | | | |
| ۷ | آیا درهای Exit حریق در آزمایشگاه وجود دارد؟ | x | | | |
| ۸ | چنانچه پاسخ مثبت است آیا این درهای دارای مشخصات زیر هستند? الف- همیشه بسته باشد و به آسانی با هول دادن باز شود و سپس خود به خود بسته شود) ب- دستگیره برای چرخاندن نداشته باشد تا به کمک آن باز شود. ج- با مشخصات فنی درهای Exit مطابقت داشته باشد. | x | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|
| ۹ | آیا علایم نشان دهنده راههای فرار اضطراری در همه جای آزمایشگاه نصب شده است؟ | | x | | |
| ۱۰ | چنانچه پاسخ مثبت است آیا این علایم در زمان خاموشی برق هم دیده می‌شوند؟ | | x | | |
| ۱۱ | آیا راهروهای فرار آزاد و عاری از هرگونه وسیله سد معبر کننده نظری یخچال یا کمد دانشجویی می‌باشد؟ | | x | | |
| ۱۲ | آیا کف آزمایشگاه و راهروهای فرار تمیز و خشک و غیرلغزنده می‌باشد؟ | x | | | |
| ۱۳ | آیا هیچگونه سوراخی در دیوارها و سقف راهروها وجود دارد؟ | | x | | |
| ۱۴ | آیا راهپله‌ها آزاد و عاری از سد معبر و غیرلغزنده می‌باشدند؟ | | x | | |
| ۱۵ | آیا سقف آزمایشگاه و اطراف پنجره‌ها کاملاً سالم و عاری از هرگونه روزنه یا سوراخی می‌باشد؟ | x | | | |

جدول شماره ۳- لیست خطرات و نارسائی‌های آزمایشگاه‌های دانشگاهی

| ردیف | خطر یا نارسائی |
|------|--|
| ۱ | عدم وجود کمینه ایمنی |
| ۲ | عدم وجود دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت (تصویرت کتبی) |
| ۳ | عدم وجود روشهای کاری مختلف مانند روشهای آزمون، روشهای دفع ضایعات، شستشوی ظروف و کف آزمایشگاه |
| ۴ | روشهای آموزشی ایمنی (برنامه و مطالب آموزشی) اصلاً مشخص نیست و وجود ندارد و افراد آموزش ندیده اند |
| ۵ | سدمعبرشدن راههای ورودی و خروجی آزمایشگاه ... راهروها توسط یخچال و امثالهم |
| ۶ | تهویه هوا بطور اختصاصی برای آزمایشگاه در نظر گرفته نشده و عمومی است |
| ۷ | امکانات لازم برای نمونه برداری از هوا در خروجی تهویه آزمایشگاه جهت آنالیز و مشخص کردن آلینده‌ها وجود ندارد |
| ۸ | رسیدگی به سبیتم تهویه و هوای گرم و خنک دقیق نیست - از نظر تمیزکردن و ضد عفنونی کردن فیلترهای هوای ورودی |
| ۹ | مجاز بودن خوردن و آشامیدن در آزمایشگاه |
| ۱۰ | خطر لغزیدن و سرخوردن هم وجود دارد |
| ۱۱ | دستگاه‌های جیوه ای (مثل ترمومتر) در داخل ظرف دومی قرار داده نمی‌شوند |
| ۱۲ | روش خاصی برای خرید مواد شیمیایی مورد نیاز آزمایشگاه تهیه و تدوین نشده است |
| ۱۳ | لیست مواد شیمیایی قبل از خرید از دیدگاه ایمنی مورد مطالعه قرار نمی‌گیرد |
| ۱۴ | لیست به روز مواد شیمیایی در آزمایشگاه وجود ندارد (MSDS ها نیست) |
| ۱۵ | کابینت ایمنی حاوی تجهیزات و وسائل مورد نیاز در زمان حالت اضطراری وجود ندارد (حالات اضطراری مانند ریخت و پاش) |
| ۱۶ | دوش ایمنی وجود ندارد (در محدوده ۳۰ متری خطر) |
| ۱۷ | کیت کمک‌های اولیه مخصوص بعضی مواد شیمیایی خاص موجود در آزمایشگاه وجود ندارد |
| ۱۸ | سیستم مانیتورینگ کاژهای سمی و قابل اشتعال و انفجار پخش شده نه بصورت دستی و نه بطور اتوماتیک وجود ندارد |
| ۱۹ | وسایل اطفاء نظیر شیلنگ آب نیدرانت، کپسول‌های مختلف اطفاء، سطل‌های شن، پتوی حریق و سایر ابزار نظیر شیلنگ آب، بیل و ... وجود ندارد |
| ۲۰ | شماره تلفن‌های اضطراری بصورت تابلو نوشته نشده و در جانی از آزمایشگاه نصب نشده است |
| ۲۱ | سیستم روشنایی اضطراری وجود ندارد |
| ۲۲ | برای عملیات مختلف و مخصوصاً کار دستگاه‌های آزمایشگاهی به هنگام عدم وجود مواطن و مستول سیستم حفاظت و توقف اتوماتیک وجود ندارد. |
| ۲۳ | لیست حفاظها و ایترلاکهای موجود در آزمایشگاه وجود ندارد |

| | |
|----|---|
| ۲۴ | سینک های آزمایشگاه جانی که نمونه های آزمایشگاهی را می ریزند مجهز به سیستم تهیه مکشی نیستند. |
| ۲۵ | آزمایشگاه در ارتباط با محیط اطراف (راهروها و دفاتر کار اعضاء هیئت علمی) در فشار منفی قرار ندارد |
| ۲۶ | میزان هوای ورودی از راه تهیه به آزمایشگاه و اطاقهای آن کافی نیست |
| ۲۷ | دستکش های آزمایشگاهی در جعبه خاصی قرار ندارند |
| ۲۸ | وسایل حفاظت فردی نظیر عینک و شیشه محافظ صورت، پیش بند و سایر پوششها وجود ندارد و ارائه نشده است |
| ۲۹ | عدم وجود هودهای مناسب و این در آزمایشگاهها |
| ۳۰ | فهرست افرادی که لنز چشمی دارند وجود ندارد و افراد مشخص نیستند |
| ۳۱ | آلرژی افرادیکه نسبت به ماسک ها حساسیت دارند مشخص نیست و ثبت نشده است |
| ۳۲ | از این بابت معاینات پزشکی نیز انجام نگرفته و مستندات وجود ندارد |
| ۳۳ | روش ضد عفنونی وسایل حفاظت فردی نظیر ماسک بصورت کتبی وجود ندارد. |
| ۳۴ | سیم سومی به نام سیم ارت در سیم کشی آزمایشگاه وجود ندارد |
| ۳۵ | سیم های سیار بطرور دائم بکار گرفته شده است |
| ۳۶ | پریزها و ترمینالها بحالات اینمن دائمی (مانند داشتن در پوش) نیستند |
| ۳۷ | در بعضی از آزمایشگاهها هیتربرقی دارند که از نظر اینمن مشکل دارد و مورد تایید نیست |
| ۳۸ | برق دستگاهها تجهیزات و روشنایی هر کدام یک لابن جداگانه با فیوز مخصوص ندارند |

جدول شماره ۳- لیست خطرات و نارسانی های آزمایشگاههای دانشگاهی

| ردیف | خطر یا نارسانی |
|------|---|
| ۳۹ | سیستمی که نشان دهد در زمان عادی بعد از ساعات کار یا روزهای تعطیلی کدام لابن برق دار است و کدام لابن برق ندارد، وجود ندارد |
| ۴۰ | برق اضطراری موجود نیست |
| ۴۱ | بی آمدقطع برق در برنامه بررسی و ارزشیابی خطرها مورد بحث و توجه قرار نگرفته است و نمی گیرد |
| ۴۲ | پرسنل آزمایشگاه محل و طریقه قطع برق کلی را در موقع اضطراری نمی دانند |
| ۴۳ | پیش بینی سیستم های اطفاء حریق نشده است |
| ۴۴ | برنامه اضطراری حریق بصورت مکتوب تدوین نشده است |
| ۴۵ | درهای Exit حریق وجود ندارد |
| ۴۶ | علائم نشاندهنده راههای فرار اضطراری حریق در آزمایشگاه وجود ندارد |
| ۴۷ | راهروهای اطراف آزمایشگاه عاری از وسایل سد معتبر کننده نیستند |
| ۴۸ | موارد و حوادثی که برای آن ها باید برنامه اضطراری نوشته شود مشخص نمی باشد |
| ۴۹ | روش کاری برای جمع آوری ریخت و پاشها تدوین نشده است |
| ۵۰ | فهرست افرادی که در حالات اضطراری باید واکنش نشان داده و کمک رسانی بکنند تهیه نشده است |
| ۵۱ | پرسنل آزمایشگاه وظایف فردی را در زمان های اضطراری مثل حریق نمی دانند |
| ۵۲ | علائم اینمن و هشدارها در آزمایشگاه (روی درها، کابینت ها و دیوارها) وجود ندارد (از جمله علامت سیگار نکشید) |
| ۵۳ | نمونه ها بعد از اتمام آزمایش بطرور اینمن دفع نمی شوند. مثلاً در سینک هوددار ریخته نمی شوند |
| ۵۴ | برای شیشه ها و سایر زائدات لبه تیز و برنده روشهای دفع مناسب وجود ندارد |
| ۵۵ | شخصی مستول برای دفع زائدات تعیین نشده است. |

از نارسانی ها که باز هم به نوعی به سیستم مدیریتی ارتباط دارد نارسانی های مربوط به طراحی و ساخت می باشد (مانند موارد ۲۱ و ۲۵ در جدول شماره ۳).

از آنجاییکه امروزه در محیط های کاری حرف اول را سیستم مدیریتی می زند بنظر می رسد که مهمترین نارسانی ها آنهایی باشند که از این سیستم ناشی شده اند. نارسانی هایی نظیر شماره ۳ و ۵۳ در جدول شماره ۳ . دومین گروه

نتیجه‌گیری نهائی

در زمینه کار با سوکسله مراجعات نکرده اید نامبرده جواب داد که اولاً تحقیقات من به سالها قبل بر می‌گردد و من در این زمینه آموزش‌های ندیده ام و ثانیاً دستور العمل خاصی نداریم که طبق آن عمل کنم. بسیاری از اتفاقات دیگر نظری تغییر مواد شیمیایی به هنگام نگهداری غیراستاندارد که موجب از بین رفتن تدریجی ماده می‌گردد، یا ریخت و پاشهایی که بدلاً از مختلف نظری نداشتند وسیله یا ظرف یا محل مناسب برای کار پیش می‌آیند، و همچنین از بین رفتن نمونه‌ها و مواد و خراب شدن تجهیزات مختلف نظری کرومتوگراف‌ها در اثر ناآشنای و عدم آموزش نیروی کار آزمایشگاهها از جمله اتفاقاتی هستند که هم ضررهای اقتصادی بار می‌آورند و هم در پیشرفت کار نقش باز دارنده ایفا می‌کنند و در عین حال در جانی هم ثبت نمی‌گردد.

بنابراین خطرات و نارسائی‌های موجود در آزمایشگاهها می‌توانند بسیار مهم و تعیین کننده باشند و همانطوری که در بالا اشاره شد در بین آنها خطرات و نارسائی‌های مربوط به سیستم مدیریتی و آموزش بسیار چشم گیر ترند.

تشکر و قدردانی

از کلیه مسئولین آزمایشگاه‌های مورد مطالعه بخاطر همکاری صادقانه در تکمیل چک لیست‌ها قدردانی می‌گردد.

اجرای این پروژه و نتایج بدست آمده نشان داد که آزمایشگاه‌های دانشگاهی دارای نارسائی‌ها و خطرات فراوانی می‌باشند و احتمال وقوع حوادث یا اتفاقات نامطلوب مختلف وجود دارد. در یکی دو سال پیش در یکی از آزمایشگاه‌های دانشگاهی حريقی رخ داد که گفته می‌شد از سیستم برق رسانی یکی از یخچالهای نگهداری مواد شیمیایی آغاز شده بود. خوشبختانه در این حادثه هیچگونه صدمات جانی پیش نیامده ولی خسارات مالی قابل توجهی وارد شده بود. وقتی بعد از خاموش شدن حريق نگارنده به آزمایشگاه مورد نظر مراجعه کرده و محل خالی نصب کپسولهای اطفاء حريق دستی را دید و از مسئول آزمایشگاه سؤال کرد که حريق چگونه شروع شد و چرا کسی با کپسول آتش را در همان مراحل اولیه خاموش نکرد؟ مسئول جواب داد که ۲ روز پیش کپسولها را برای پرکردن مجدد از آزمایشگاه و دانشکده به بیرون برده بودند و در زمان حريق کپسولی در دسترس نبود. یا اینکه وقتی در یکی از آزمایشگاه‌های دانشکده‌ای فلاکس یا بالن دستگاه سوکسله به هنگام کار ترکیده و مواد شیمیایی داغ بصورت یکی از اعضاء هیئت علمی که با آن کار می‌کرد پاشیده و نامبرده را برای مدت نسبتاً طولانی به بیمارستان روانه کرده بود نگارنده از فرد مذبور سؤال کرد که چرا دقت‌های لازم فنی و ایمنی را

منابع

1. A publication of the University of Texas at Austin (2000) Lab Safety Manual.
2. Handley W, (1980), Handbook of industrial and health McGraw hill.

3. Gressel M.G., Gideon J.A. (1991) , An overview of process hazard evaluation techniques , A. Ind. Hyg. Assoc.

4. Nancy Magnussen (1996), Safe Storage of Laboratory Chemicals, College of Science , Texas A and M University.